

Розрахунок міжкалібрувального інтервалу
згідно з ДСТУ ІЛАС-G 24/OIML D 10:2013 (ІЛАС-G 24/OIML D 10:2010,IDT)
від 01.07.2024

Назва обладнання: Ручний анемометр гігрометр с крильчаткой Testo 410-2, зав. №
Поточний міжкалібрувальний інтервал: 12 місяців

Назва метрологічної характеристики	Од. вимірювання	Максимальна допустима похибка (відхилення)	Похибка (відхилення), визначене під час калібрування	Висновок
температура	°C			Збільшити інтервал на 3 місяці
вологість	%			Збільшити інтервал на 3 місяці
швидкість повітря	м/с			Зменшити інтервал на 3 місяці

Підстава для розрахунку: Сертифікат калібрування _____ від _____
Загальний висновок: збільшити інтервал на 3 місяці

Розрахований міжкалібрувальний інтервал: 15 місяців для параметра температура
Розрахований міжкалібрувальний інтервал: 15 місяців для параметра вологість
Розрахований міжкалібрувальний інтервал: 09 місяців для параметра швидкість повітря

З повагою